(پیوست: شرایط راه اندازی سامانه لایه نشانی کندوپاش و تبخیر حرارتی)

- برق ۲۲۰ ولت توان ۶ کیلووات
- آب ورودی به دستگاه با دمای ۱۰-۱۵ درجه سانتیگراد و با شلنگ های قطرخارجی ۸ میلیمتر از چیلر، سردساز یا آب شهری تا پشت سامانه و شلنگ آب خروجی از دستگاه به چیلر، سردساز یا فاضلاب
- هوای فشرده با فشار bar ۷-۵ با شلنگ قطرخارجی ۸ میلیمتر از کمپرسور یا کپسول هوای فشرده تا پشت سامانه
- کپسول آرگون با رگولاتور مناسب و خروجی گاز کمتراز bar ۱ به همراه شلنگ با قطرخارجی ۸ میلیمتر از سر رگولاتور تا پشت سامانه
- فضای مورد نیاز ۱۵۰×۲۵۰ سانتیمتر مربع
- سیم ارت مناسب تا سامانه
- لوله یا دریچه خروجی به فضای بیرون برای شلنگ تهویه هوای سامانه

کپسول های دیگر با توجه به سفارش (نیتریداسیون یا اکسیداسیون) باید تهیه شود.