

Recombination Cell Apparatus (RCC-BR01)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه ترکیب مجدد سیال مخزن:

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی نصب می شود
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر
- برق ۲۲۰ ولت با محافظ دستگاههای الکترونیکی ۵۰۰ وات
- بررسی مداوم هم زن و موتور آن

شرایط کالیبراسیون:

- دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

آزمون های تحویل دهی

- دستگاه با انجام آزمایش های استاندارد ترکیب مجدد سیال تحویل می گردد.
- بررسی دقت ترکیب سیال ها در دما و فشار مورد نظر در هنگام تحویل از جمله آزمون های تحویل دهی هستند