



شرکت بین المللی الکترونیک رایان نیک

شرایط محیطی نصب و راه اندازی منبع تغذیه متغیر دو کانال ۳۰ ولت ۳ آمپر مدل RN-3003D

|    |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| ✓  | مجهز بودن آزمایشگاه به کنتور برق تکفاز<br>(حداقل ۲۵ آمپر)            |
| -- | مجهز بودن آزمایشگاه به کنتور برق سه فاز                              |
| ✓  | مجهز بودن آزمایشگاه به ترانس ایزوله                                  |
| ✓  | مجهز بودن آزمایشگاه به پارکت کف                                      |
| ✓  | مجهز بودن آزمایشگاه به چاه ارت                                       |
| -- | مجهز بودن آزمایشگاه به اسیلوسکوپ دیجیتال                             |
| -- | مجهز بودن آزمایشگاه به اسیلوسکوپ آنالوگ                              |
| -- | مجهز بودن آزمایشگاه به اسپکتروم آنالایزر                             |
| -- | مجهز بودن آزمایشگاه به کامپیوتر<br>(دارای پورت های LAN, USB و سریال) |
| ✓  | مجهز بودن آزمایشگاه به سیستم کنترل دما<br>(۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد) |
| ✓  | مجهز بودن آزمایشگاه به سیستم کنترل رطوبت<br>(۲۰ تا ۷۰ درصد)          |