

## **نگهداری**

- ۱- محل قرارگیری دهانه پریفورم و نیز میله را قبل از انجام آزمایش تمیز کنید.
- ۲- سعی کنید نگهدارنده را متناسب با دهانه پریفورم مورد آزمایش، انتخاب کنید.