

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری

High Speed PCR (TCR-8500)

دستگاه باید در:

- شرایط آزمایشگاهی نرمال

- به دور از رطوبت

- به دور از گرد و غبار

- در دمای ۱۸-۳۰ درجه سانتی‌گراد

راه‌اندازی و نگهداری شود.