



## تعیین میزان گاز ماهیچه

### gas sand Testing

#### توضیحات:

این دستگاه برای تعیین میزان گاز متصاعد شده از انواع ماسه-های رزینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

#### مشخصات فنی:

- ❖ محدوده قابل اندازه‌گیری ۰-۵۰ میلی‌لیتر
- ❖ دارای یک کوره تیویی با طول لوله کواثر ۵۰ سانتیمتر و توان ۲۰۰۰ وات با قابلیت حرارت‌دهی تا ۸۵۰ درجه سانتیگراد
- ❖ اندازه‌گیری بر مبنای میزان فشار گاز افزوده شده در سیستم آب‌بندی شده با تغییرات ارتفاع ستون آب
- ❖ دارای قایق قرارگیری نمونه ماسه
- ❖ دارای فلنچ مخصوص انتهای لوله کواثر
- ❖ ترمومتر آتیین تنظیم دما
- ❖ ترموکوپل نوع k
- ❖ مانومتر U شکل
- ❖ آجر عایق ۲۶ پرومات
- ❖ المنت شرکت کانتال سوئد
- ❖ جنس بدنه آهن فولاد ۳۷ST و رنگ الکترواستاتیک
- ❖ محدوده دما ۰-۱۱۰۰ درجه سانتیگراد

آدرس دفتر مرکزی و کارخانه: بومهن - خیابان عسگری - کوچه اردیبهشت - پلاک ۷

تلفن: ۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۰، ۰۲۱-۷۶۲۳۰۵۳۱ | تلفکس: ۰۲۱-۷۶۲۳۰۵۳۱ | تلگرام و واتساپ: ۰۹۳۹۳۴۹۷۸۰۲

www.sanateram.com

Email: info@sanateram.com

Instagram: sanateram