



شرکت فرزا نه آرمان. برای شرایط بهره برداری زیر طراحی گردیده است:

- استفاده در فضای سربسته (آزمایشگاهی)
- استفاده در فضای با تهویه مطبوع مناسب
- دمای کار بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد
- ارتفاع از سطح دریا ۲۰۰۰ متر
- رطوبت نسبی زیر ۸۰ درصد
- حداکثر نوسان ولتاژ ۱ درصد
- دسته بندی سطح حداکثری ولتاژ ۲۲۰ - ۲۴۰ تا ۴۴۳-۴-۶۰۳۶۴ IEC در
- درجه آلودگی ۲ IEC 664
- دستگاه باید به دو دست و به گونه ای که انگشتان زیر دستگاه باشند حمل گردد.
- هر گز زمانی که دستگاه در حال کار است آن را از جای خود حرکت ندهید.
- از کار با دستگاه در فضاهای خطرناک و مشکوک پرهیزید.

نکته: دستگاه جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه (PM) می بایست هر دو سال یک بار توسط سازنده بازبینی گردد.