



شرکت مهندسی پزشکی نوین گستر امروز  
Novin Gostar Medical Engineering Co.Ltd

شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه فتومتر:

- UPS
- Stabilizer
- دمای ۲۰ الی ۲۵ درجه سانتی گراد