

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه آنالیز حساس به شرح ذیل می باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیمها و کابل های فشار قوی در

طبقه همکف یا زیرزمین

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۱ مترمربع در عمق یک متر سطح طراز ۳- ۱/ \* ۵ / کف بتنریزی شده به ابعاد سطح ۵

۵- اتاق مجهز به کولر گازی