

شرکت نسل امید پژوهش

دستگاه Hot Block

مدل: 70SX1



دستگاه هات بلاک

صفحه	فهرست
۳	۱-هشدار
۴	۲-بررسی دستگاه
۵	۳-نحوه راه اندازی دستگاه
۶	۴-تعویض فیوز
۶	۵-مشخصات فنی دستگاه
۶	۶-شرایط کالیبراسیون
۷	۷-شرایط نگهداری
۸	۸-گارانتی
۸	۹-آدرس

۱- هشدار

- * قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار راهنمایی دستگاه را بادقت مطالعه نمایید.
- * بلاک دستگاه در حین کار داغ بوده لذا از لمس بلاک جهت تست گرمی آن خودداری نمایید.
- * قبل از تمیز کردن دستگاه آن را از برق بکشید و با آب برای شستشوی آن استفاده نکنید.
- * دستگاه باید توسط فرد دارای صلاحیت سرویس دهی شود.
- * تنها از کابل‌های اصلی شرکت نسل امید پژوهش که به همراه دستگاه است استفاده گردد.
- * هنگامی که دستگاه روشن است از جابجایی آن جدا خودداری کنید.
- * دستگاه باید روی سطحی صاف و غیر قابل اشتعال قرارداده شود.
- * در صورتیکه از دستگاه ترموبلاک متحرک استفاده می‌شود برای جابجایی بلاک حتماً از آچار مخصوص آن استفاده گردد.
- * هیچگاه بلاک داغ را روی سطح قابل اشتعال قرار ندهید.
- * به منظور کاهش خطر احتمالی صدمه به چشم در هنگام استفاده در دمای بالا ز عینکهای ایمنی استفاده نمایید

*در صورت ریختن محلول آزمایشگاهی به داخل دستگاه جهت جلوگیری از هرگونه اتصال دستگاه را سریعاً از برق بکشید.

*جهت تمییز نمودن دستگاه بعد از جدا نمودن پاور از دستگاه آن را تنها با یک پارچه مرطوب تمییز نموده و از عوامل و مواد تمییز کننده شیمیایی استفاده نکنید.

۲-بررسی دستگاه:

*دستگاه را با احتیاط از جعبه خارج نموده و آن را بررسی کنید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید در صورت وجود هرگونه مشکل سریعاً باشرکت تماس گرفته و مراتب را اطلاع دهید.

*در صورت وجود هر گونه مشکل فیزیکی از دستگاه استفاده ننمایید.

*موارد زیر درستگاه بندی موجود می باشد.

۱-دستگاه ترموبلاک

۲-کابل اتصال برق

۳-راهنمای استفاده از دستگاه

۴-کارت گارانتی

۳- نحوه راه اندازی دستگاه:

* دکمه Power را روی حالت off قرار دهید.

* کابل Power رابه دستگاه وصل کنید.

* در صورتیکه ترموبلاک متحرک می باشد مطمئن شوید که بستر هیتر و کف

بلاک تمییز هستند تا بتوانند بهترین انتقال دمایی را برقرار نمایند.

* با فشار دکمه Power دستگاه را روشن نمایید.

* به محض روشن شدن دستگاه آمده دریافت دمای مورد نظر کاربر می باشد که با چرخش ولوم می توان دمای مورد نظر را انتخاب کرد با این عمل دستگاه دمای بلاک را به دمای مورد نظر می رساند.

* برای خاموش نمودن دستگاه دکمه Power را روی حالت Off قرار دهید.

* بعد از قطع نمودن کابل پاور از دستگاه می توانید در صورت نیاز با پارچه مرتبط از این را تمییز نمایید و از مواد خورنده و حلالها برای تمییز کردن استفاده ننمایید.

۴- مشخصات فنی دستگاه:

ویرگیهای فنی		
Temperature Range	25°C-100 °C	محدوده دمایی
Temperature Accuracy	0.5±	دقت دما
Capacity	32*1.5ml & 37*0.2ml	ظرفیت
Inpout Voltage	220VAC /50 60HZ	ولتاژ ورودی
Dimention	26cm*22cm*11cm	ابعاد
weight	3.5kg	وزن

۵- تعویض فیوز:

در صورتیکه دستگاه با فشاردکمه پاورروشن نشد فیوز پشت دستگاه راچک نمائید در صورت نیاز با فیوز (3A) سالم جایگزین گردد.

۶- شرایط کالibrاسیون دستگاه:

بعد از گذشت ۶ماه از استفاده دستگاه در صورت مشاهده هرگونه اختلال در بخش کنترل دما از قبیل کم یا زیاد نشان دادن دما سریعاً با شرکت تماس حاصل فرمایید.

۷- شرایط نگهداری:

هشدار: در صورت بروز مشکل و ارسال دستگاه برای تعمیرات مورد زیر در نظر گرفته شود

* تمامی قسمتهای دستگاه عاری از مواد بیولوژیک، شیمیایی و رادیو اکتیو خطرناک باشد.

هشدار: قبل از هرگونه فعالیت جهت تمییز نمودن دستگاه حتما آن را از برق بکشید.

* پس از هربار استفاده در صورت نیاز دستگاه را با یک پارچه خشک و نرم تمییز کنید.

* جهت حصول اطمینان از طول عمر زیاد دستگاه باید آن را در محیط خشک نگهداری کرد.

۸- گارانتی:

شرکت نسل امید پژوهش ضمانت می کند به مدت یکسال از زمان خریداری دستگاه (با توجه به شرایط ذکر شده در کارت گارانتی) در صورت بروز هر گونه مشکل بصورت رایگان قطعات را تعویض نماید. و به مدت ۱۰ سال خدمات پس از فروش را ارائه نماید، کارت گارانتی محصول در جعبه به همراه دستگاه میباشد در ضمن گارانتی به مواردی از قبیل شکستگی، خورد شدن، ضربه و مخدوش و پاره شدن برچسب گارانتی تعلق نمی گیرد.

شرکت مهندسی پزشکی نسل امید پژوهش

آدرس: تهران خیابان پیروزی خیابان فارابی روبروی موسسه مالی اعتباری ثامن

پلاک ۷۹۶ طبقه ۳ واحد ۵

تلفن: ۰۹۱۰۱۶۶۹۷۷۰

۰۹۳۹۴۳۶۶۹۲۸