

شرایط محیطی:

۱- در این دستگاه برای خنک سازی کویلها از جریان آب استفاده می شود. فلوی لازم در هر کویل حداقل ۲۰۰ لیتر در ساعت است. مبادی ورودی و خروجی بر روی بدنه کویلها مشخص شده اند. ورودی آب در قسمت پایین و خروجی آب در قسمت بالای کویل تعبیه شده است.

۲- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۱۲ مترمربع به دور از کابلهای فشار قوی

۳- کف مستحکم در صورت امکان بتن ریزی شده

۴- شیر ورودی آب شهر و همچنین خروجی فاضلاب و یا دستگاه سیرکلاتور