



شرکت مهندسی پزشکی نوین گستر امروز
Novin Gostar Medical Engineering Co.Ltd

شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه سدیمان
آنالایزر:

- UPS
- Stabilizer
- دمای ۲۰ الی ۲۵ درجه سانتی گراد