

(پیوست شماره چهار: شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه)

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه آزمون کشش با نرخ کرنش آهسته (SSRT) مدل ۱.۱ به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- محل استفاده از دستگاه باید به دور از نویزهای محیطی، خیابان اصلی و سیم‌ها و کابل‌های فشار قوی و لرزش باشد.
- ۲- محل دستگاه باید ثابت و صلب باشد.
- ۳- برق تک فاز شهری
- ۴- سیستم ارت موجب تاثیر مثبت در کیفیت نتایج می‌گردد.