


## کولیس تناسبی Proportional Caliper Device

ASTM D4791


ISIRI 11269

EN 933-4 933-5 933-7

به منظور تعیین نسبت پولکی و سوزنی سنگدانه ها بر اساس استاندارد بین المللی ASTM یا استاندارد ملی ایران از این وسیله استفاده میشود. به طوریکه با اندازه گیری نسبت عرض به ضخامت میزان تورق و نسبت طول به ضخامت میزان تطویل به دست می آید. بدنه این دستگاه به همراه صفحه زیرین از جنس استیل مرغوب ساخته شده است. محورهای این دستگاه به نسبت 1:2-1:3-1:4-1:5 قابل تغییر می باشد.



آزمایش تانه های طولی



آزمایش تانه های پولکی

Model	AG 165
Description	Proportional Caliper Device
Material	Galvanized Steel
Weight	7.5kg