

## شرایط نصب راکتورهای همزن دار سری

محل نصب دستگاه باید دارای شرایط زیر باشد:

- الف- دارای فونداسیون بتنی به ابعاد ۲متر عمق در ۲ متر عرض به صورت کاملاً تراز باشد.
- ب- برق با شرایط لازم (تک فاز یا سه فاز ) و ولتاژ و جریان لازم در نزدیک ترین نقطه به محل نصب فراهم باشد.
- پ- آب لوله کشی با مشخصات لازم در نزدیک ترین نقطه به محل نصب در دسترس باشد.
- ت- امکان اتصال زمین برای دستگاه وجود داشته باشد.
- ث- مواد شیمیایی لازم برای تست دستگاه در دسترس باشد.