

شرکت نانوآرما

شرایط مورد نیاز برای نصب دستگاه غیر نازلی

شرایط نصب و راه اندازی دستگاه الکتروریسی needleless به شرح ذیل می باشد:

- 1- کنتور برق تک فاز 60 آمپر
- 2- دور از حالا های شیمیایی و مواد آتش زا نصب گردد.
- 3- سیستم های الکترونیکی نزدیک دستگاه قرار نگیرد.
- 4- آزمایشگاه مجهز به فن تخلیه هوا باشد.

دفتر فروش: تهران، بلوار کشاورز - نبش خیابان 16 آذر - مرکز رشد دانشگاه الزهرا - طبقه 7 واحد 706 تلفن: 88982650-

66378528 فکس: 09391754816

www.nanoazma.ir