



**PULSENIRU**

www.pulseniru.com

**پالس نیرو**

شرکت صنایع پویا الکترو سامان نیرو

بسمه تعالی

## شرایط مورد نیاز برای محل نصب سیستم پلاسمای کانونی

۱. اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع

۲. برق تک فاز ۲۵ آمپر

۳. چاه ارت با مقاومت کمتر از ۰/۲ اهم

۴. باد با فشار حدود ۷ بار برای جک پنوماتیک