

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری سنسور اندازه‌گیری ارتفاع موج

Operating conditions	min	typ (25°C)	max	unit
Power Supply	16	24	28	V
Consumption Current	20	100	200	mA
Temperature	0	25	85	°C
Humidity	0	---	100	%

از آنجا که عملکرد این سنسور به صورت خازنی میباشد و از آب به عنوان الکترولیت استفاده میکند لذا کارکرد آن در آب مقطر یا آب اشباع از نمک خارج از مسئولیت فروشنده میباشد و میزان TDS مناسب برای این دستگاه از نصف تا دو برابر آب شرب یا آب چاه میباشد و در صورت تغییر چشمگیر TDS ممکن است نیاز به کالیبراسیون مجدد داشته باشد.