

الزامات نصب هود فیوم شیمایی ATA/FM۱۵۰

- آب سرد و گرم با قطر ۱/۲ در آکس هود در فاصله ۳۰ سانتیمتر از کف زمین بر روی دیوار پشت هود.
- فاضلاب تخلیه با قطر ۲ اینچ در آکس هود در فاصله ۲۵ سانتیمتر از کف زمین بر روی دیوار پشت هود.
- پریز برق تک فاز ۲۲۰ ولت جهت روشنایی هود در فاصله ۱۳۰ سانتیمتری از کف زمین پشت هود بر روی دیوار .
- لوله گاز با شیر مستقل در ارتفاع ۱۴۰ سانتیمتر از کف زمین بر روی دیوار در فاصله ۲۰ سانتیمتری سمت راست خارج هود.
- لوله پلی اتیلن ۸ اینچ بر روی سقف در آکس طولی و عرضی هود با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر خارج از سقف .