



سیستم کنترل اولتراسونریفیوژ CCB91A

شرایط محیطی



شرایط محیطی لازم برای نصب، راه‌اندازی و نگهداری

- استقرار اولتراساترفیوژ در محل مناسب
- صحت اجزاء و سیستم مکانیکال اولتراساترفیوژ (در صورت خرابی مکانیکال، شرکت آمادگی بازسازی مکانیکال اولتراساترفیوژ را با عقد قرارداد دارد.)
- چاه ارت زیر ۱ اهم جهت اتصال به ارت دستگاه



دفتر مرکزی: کرج، سه راه رجایی شهر، ساختمان علی (پلاک ۴۳)، طبقه ۵، واحد ۱۳

تلفن: ۰۲۶-۳۴۴۸۵۱۱۳

فاکس: ۰۲۶-۳۴۴۱۶۷۵۹

کارگاه رازی: کرج، حصارک، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کارگاه تحقیق و توسعه ادمانت تک

info@edmantech.com